

**Rajasthan Medical Services Corporation Limited**

Gandhi Block, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Ph. No. 0141-2223887, Fax : 0141-2228065

E-mail : edepmrmisc-rj@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: <http://rmisc.health.rajasthan.gov.in>

No. F-8( ) RMSC/EPM/M-4/2021-22/NIB-631/1705

Dated: 22/02/2022

**OFFICE ORDER**

List of bidders declared responsive/non responsive as per documentary evaluation & technical evaluation of Item 1. Transcutaneous Bilirubinometer 2.T-Piece Resuscitator bid invited by No. F-8( )RMSC/EPM/M-4/NIB-631/2021-22/1131 Dated: 29.09.2021. The list of bidders declared responsive/ non responsive is as under -

S. No.	Name of Firm	Name of Items	Status of the Firm/Bid on the basis of document	Status of Technical Demonstration	Responsive or Non responsive
1	2	3	4	5	6
1	M/s Global Medical Systems B-1/34, Ground Floor, Model Town-II , Delhi-110009 E-mail:- globalmedicalsyste.ms@yahoo.com	Transcutaneous Bilirubinometer	दस्तावेजी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से योग्य पाई गई।	तकनीकी परीक्षण (Demo) के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत आईटम तकनीकी समिति ने तकनीकी रूप से approve किया गया।	<b>Responsive</b>
2	M/s Solokrafts Industries 69, 1st floor, McNichols Road, Chetpet, Chennai-600031 E-mail:-contact@solokrafts.in service@solokrafts.in chennai@solokrafts.in	Transcutaneous Bilirubinometer	दस्तावेजी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई।		<b>Non Responsive</b> 1.As per the attached CE Certificate the OEM is from China so OEM Registration Required in central or State Govt. of Industries Department. 2.Web link and Screenshot of ISO Standard of Bio Compatible for baby contact material. ) Short coming documents not submitted.
3.	M/s Nice Neotech Medical Systems Pvt Ltd. No:85, Krishna Industrial Estate, Vanagaram, Mattukuppam, Chennai-600095. Email: <a href="mailto:info@niceneotech.com">info@niceneotech.com</a> <a href="mailto:marketing@niceneotech.com">marketing@niceneotech.com</a> <a href="mailto:tender@niceneotech.com">tender@niceneotech.com</a>	T-Piece Resuscitator	दस्तावेजी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से योग्य पाई गई।	तकनीकी परीक्षण (Demo) के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत आईटम तकनीकी समिति ने तकनीकी रूप से Not approved किया गया।	<b>Non- Responsive</b> (The demonstrated model was different from quoted model.)

Online financial bids of responsive bidders for above item will be open on dated 25-02-2022 at 03:00 pm. Demonstration report can be obtained from office during office time.

  
Executive Director (EPM)  
RMSCL, Jaipur